

Exp.: EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Ref.: “Puesta en Valor Local para Resonador Magnético Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende – Mar del Plata – General Pueyrredon”

Partido: General Pueyrredon

CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA

Pregunta 1:

Con relación a la Licitación Pública N° 35/ 2019: “Puesta en valor local para resonador magnético HIGA Dr. Oscar Alende – Mar del Plata – General Pueyrredón” formulamos la siguiente consulta:

En las Especificaciones Técnicas Particulares y en el Plano de Planta, se indica que el equipo resonador ingresará hasta su lugar de emplazamiento atravesando las carpinterías V2 y P9.

Ambas carpinterías están especificadas en la Planilla de Carpinterías y en el Cómputo y Presupuesto, por lo que deberían ser de provisión del Oferente.

Pero en el plano de Planta se indica que la P9 deberá ser provista por el proveedor del equipo.

Respuesta 1:

La carpintería V2 debe ser provista por el Oferente

La carpintería P9 es parte de la Jaula de Faraday, por lo tanto debe ser provista por la empresa encargada de la ejecución de la misma.

Pregunta 2:

Solicitamos aclaración acerca de si debemos cotizar la P9 o la proveerá el proveedor del equipo resonador. Además, como la P9 es de un ancho inferior al del equipo solicitamos se aclare cómo se procederá operativamente.

Respuesta 2:

- No debe cotizarse la P9, por las razones antes mencionadas
- Deberá ingresarse el Magneto del Resonador durante la construcción de la jaula, y una vez ubicado en la posición definida y habiéndose tomado todos los recaudos de protección para el mismo, se procederá a la culminación del Cerramiento de la envolvente de la misma, incluyendo la colocación de la P9, por lo tanto debe entenderse que dicho magneto no ingresará por la puerta antes mencionada.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular con Consulta N°2 - EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP “Puesta en Valor Local para Resonador Magnético Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende – Mar del Plata – General Pueyrredon” Localidad de Mar del Plata, Partido de General

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.